



ООО «МиниМед», 241520, Российская Федерация, Брянская область,
Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Код ОКП 96 5210

Паспорт Зажим пробирочный

1. Назначение

Предназначен для удержания (фиксации) пробирок, диаметром от 5 до 21 мм, во время проведения опытов.

2. Основные технические характеристики

1. Общая длина – $180 \pm 2,0$ мм
2. Длина рабочей части – $88 \pm 2,0$ мм. Материал – сталь.
3. Длина ручки – $92 \pm 2,0$ мм. Материал – пластик.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упакован по 10 шт. Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Зажим следует хранить в условиях по группам Л или С ГОСТ 15150-69. Воздух помещения не должен содержать коррозионно-активных примесей. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69, для районов с умеренным и холодным климатом – по группе 5 (ОЖ4) и для районов с влажным тропическим климатом – 6 (ОЖ2).

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе в лаборатории.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ОАО «Физрибор», Россия, 610006, Кировская область, г. Киров, ул. Северное Кольцо, 54.
Поставщик: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок хранения – 3 года.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.